

单一来源采购方式专业人员论证意见

| | | | |
|----------|--|----------|-----------------|
| 专业人员信息 | 姓名: | 孙立丽 | |
| | 职称: | 副高 | |
| | 工作单位: | 宛城区妇幼保健院 | |
| 项目信息 | 项目名称: 南阳市第一人民医院 CT 球管采购项目 | | |
| | 供应商名称: 通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司 | | |
| 专业人员论证意见 | <p>本项目采购单位 CT540 球管寿命性损坏，无法修复，需重新购置，只有购买同品牌同型号的球管才能确保球管的各项参数与原机匹配，因 CT540 总经销商为通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司，所以本项目只有从该公司采购才能满足采购人需求，来源单一。依据《政府采购法》第三十一条第一项的规定，应采用单一来源方式采购，唯一供应商为通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司。</p> | | |
| 专业人员签字 | 孙立丽 | | 日期: 2024年 7月 9日 |


注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

| | | |
|----------|--|---------------|
| 专业人员信息 | 姓名: 陈东 | |
| | 职称: 高级工程师 | |
| | 工作单位: 南阳飞龙一附院 | |
| 项目信息 | 项目名称: 南阳市第一人民医院 CT 球管采购项目 | |
| | 供应商名称: 通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司 | |
| 专业人员论证意见 | <p>采购单位因使用 GE CT540 型 CT 球管损坏而无法修复，需重新购置， 只有同品牌同型号的球管才能兼容与原 设备匹配，该设备销售商为通用电 气医疗系统贸易发展(上海)有限公司，只有 也只能从该公司购买，因此来源单。 依据《政府采购法》第三十一条规定， 本项目适合单一来源采购方式，且唯一 供应商为通用电气医疗系统贸易发展(上 海)有限公司。</p> | |
| 专业人员签字 | 陈东 | 日期: 2024年7月4日 |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

| | | |
|----------|--|------------------|
| 专业人员信息 | 姓名: 钱海鹏 职称: 中级 工作单位: 南阳张仲景医院 | |
| 项目信息 | 项目名称: 南阳市第一人民医院 CT 球管采购项目 供应商名称: 通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司 | |
| 专业人员论证意见 | <p>本项目采购单位的 CT540 球管因 最终原因损坏后无法修复运行，现 需更换球管。因球管是 CT 仪器的 核心配件，CT 图像质量与球管质 量密切相关，更换配件后需用原机 软件调试验各项参数以确保与原机 匹配，达到原装新机的图像水平， 满足采购单位的临床诊断要求。 根据《中华人民共和国政府采购法》 第三十一条第一款之规定，建议采购单 位采用单一来源方式采购，从唯一供应 商“通用电气医疗系统贸易发展(上海) 有限公司”采购。</p> | |
| 专业人员签字 |  | 日期: 2024年 7月 29日 |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。